

# 시험 성적서

KOTITI

접수번호 : 82211509103835-001

발급번호 : 3027703706

접수일자 : 2021년 07월 28일

발급일자 : 2021년 08월 06일

시료명	Melt Blown Filter 30g	검사목적	식약처허가
제조번호	-	제조(수입)일자	2021-07-19
중량/용량	-	유통(품질유지)기한	-
업체명	(주)블루베리엔에프티	대표자	홍상혁, 오성원
소재지	충청북도 증평군 증평읍 광장로 473-3	전화번호	02-2203-3835

## 시험 항목 및 결과

시험항목	시험기준	단위	결과	비고
성상	이 부직포는 청결하고 자극성이 없으며 이물이 함유되어 있지 않고 섬유와 탈락이 거의 없는 흰색의 포(布)로서 냄새는 없다.	-	이 부직포는 청결하고 자극성이 없으며 이물이 함유되어 있지 않고 섬유와 탈락이 거의 없는 흰색의 포(布)로서 냄새는 없다.	의약품에 관한 기준 및 시험방법
순도시험 (색소)	위에서 관찰할 때 색을 나타내지 않는다.	-	위에서 관찰할 때 색을 나타내지 않는다.	의약품에 관한 기준 및 시험방법
순도시험 (산 또는 알칼리)	홍색을 나타내지 않는다. / 적색을 나타내지 않는다.	-	홍색을 나타내지 않는다. / 적색을 나타내지 않는다.	의약품에 관한 기준 및 시험방법
순도시험 (형광증백제)	형광을 나타내지 않아야한다.	-	형광을 나타내지 않는다.	의약품에 관한 기준 및 시험방법
포름알데히드	검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다.	-	검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다.	의약품에 관한 기준 및 시험방법
강도	750 g의 질량을 가할 때 1분 내에 절단되지 않는다.	-	750 g의 질량을 가할 때 1분 내에 절단되지 않는다.	의약품에 관한 기준 및 시험방법
회분	1.2 이하	%	0.2	의약품에 관한 기준 및 시험방법

시험검사자 : 김혜정, 정예은, 남영민

기술책임자 : 왕만식

- ※ 위 결과는 의뢰된 시험·검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
- ※ 지면이 부족한 경우 시험·검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
- ※ 검사결과를 광고하거나 용기·포장 등에 표시할 때에는 시험·검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

본 시험성적서는 「식품의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」에 따른 업무와 관련이 없으며, 이로 인한 법적 분쟁시 식품의약품안전처와 관련이 없음을 밝힙니다.

(사)KOTITI시험연구원



# 시험 성적서

**KOTITI**

접수번호 : 82211509103835-001

발급번호 : 3027703706

접수일자 : 2021년 07월 28일

발급일자 : 2021년 08월 06일

## 시험 항목 및 결과

시험항목	시험기준	단위	결과	비고
액체저항성	검체 5개를 30분간 방치할 때 물이 검체를 통과하여 하단 유리에 떨어지지 않는다.	-	검체 5개를 30분간 방치할 때 물이 검체를 통과하여 하단 유리에 떨어지지 않는다.	의약외품에 관한 기준 및 시험방법
분진포집효율 (염화나트륨)	-	%	본품 : 99/99/99 전처리 : 99/99/99	보건용마스크 기준 규격에 대한 가이드라인 준용
분진포집효율 (파라핀오일)	-	%	본품 : 98/98/99 전처리 : 98/98/99	보건용마스크 기준 규격에 대한 가이드라인 준용

시험검사자 : 김혜정, 정예은, 남영민

기술책임자 : 왕만식

- ※ 위 결과는 의뢰된 시험·검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
- ※ 지면이 부족한 경우 시험·검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
- ※ 검사결과를 광고하거나 용기·포장 등에 표시할 때에는 시험·검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

본 시험성적서는 「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」에 따른 업무와 관련이 없으며, 이로 인한 법적 분쟁시 식품의약품안전처와 관련이 없음을 밝힙니다.

(사)KOTITI시험연구원

