

시험 성적서

접수번호 : 82211510100321-001

발급번호 : 5768821170

접수일자 : 2021년 07월 30일

발급일자 : 2021년 08월 10일

시료명	Melt Blown Filter 40g	검사목적	식약처허가
제조번호	-	제조(수입)일자	2021-07-19
중량/용량	-	유통기한	-
업체명	(주)블루베리엔에프티	대표자	홍상혁, 오성원
소재지	충청북도 증평군 증평읍 광장로 473-3	전화번호	02-2203-3835

시험 항목 및 결과

시험 항목	시험 기준	단위	결과	비고
세균여과효율	95 % 이상	%	> 99.9	식약처 고시 [의약외품에 관한 기준 및 시험방법]

시험검사자 : 최희정

기술책임자 : 왕만식

- ※ 위 결과는 의뢰된 시험·검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
- ※ 지면이 부족한 경우 시험·검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
- ※ 검사결과를 광고하거나 용기·포장 등에 표시할 때에는 시험·검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험·검사성적서를 발급합니다.

(사)KOTITI시험연구원

식품의약품안전처 지정 의약품 등 시험·검사기관 제 13 호



시험 성적서

접수번호 : 82211510100321-001

발급번호 : 5768821170

접수일자 : 2021년 07월 30일

발급일자 : 2021년 08월 10일

세부 결과			
구분	총 집락수 (CFU)	세균여과효율 결과 (%)	평균 입경 (μm)
양성대조군 평균	2251	-	3.2
시료 1	0	> 99.9	-
시료 2	0	> 99.9	-
시료 3	0	> 99.9	-
시료 4	0	> 99.9	-
시료 5	0	> 99.9	-
음성대조군	0	-	-

* 세부 시험정보

- 1. 유 량 : 28.3 L/min
- 2. 시료면적 : 100 cm²

시험검사자 : 최희정

기술책임자 : 왕만식

- ※ 위 결과는 의뢰된 시험·검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
- ※ 지면이 부족한 경우 시험·검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
- ※ 검사결과를 광고하거나 용기·포장 등에 표시할 때에는 시험·검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험·검사성적서를 발급합니다.

(사)KOTITI시험연구원

식품의약품안전처 지정 의약품 등 시험·검사기관 제 13 호

